



**SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI  
COMMITTENZA DI AREA VASTA**  
Via Musei n. 32 – 20121 BRESCIA (BS)  
mail cucbrescia.bs@provincia.brescia.it  
pec cucbrescia.bs@pec.provincia.bs.it

## **AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI**

**PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2. LETT. A)  
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA CON POSA, COMPRESA  
LA MANUTENZIONE DI DUE ANNI, DI TERMOSCANNER PER LA  
RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA AI FINI  
DEL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

La Provincia di Brescia, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di mercato, effettuata mediante richiesta di preventivi, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2), lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi "Codice") per la fornitura con posa, compresa la manutenzione di due anni, di termoscanner per la rilevazione automatica della temperatura corporea ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

La procedura è espletata esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione da A.R.I.A. S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) della Regione Lombardia.

### **TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO**

**ore 14.00 del giorno 21/05/2020**

**ID SINTEL 124592698**

**CPV 38412000-6**

La Provincia di Brescia sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento la procedura avviata senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

## 1. COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI, 29 – Brescia

## 2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è il dott. CARLO CAROMANI, Funzionario del Settore della Stazione Appaltante – C.U.C. di Area Vasta presso l'Amministrazione Provinciale di Brescia.

## 3. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA – LUOGO DI CONSEGNA

L'Amministrazione necessita dotarsi di apparecchi atti alla misurazione automatica della temperatura corporea da installare agli ingressi delle proprie sedi, site all'interno del territorio della provincia di Brescia. L'allegato elenco delle sedi con dispositivo previsto, ha carattere esemplificativo e non esaustivo delle sedi in quantità dei dispositivi, potendo variare in minor o maggiore misura gli stessi nella successiva procedura di affidamento.

In considerazione della tipologia di sedi, ingressi e afflusso di persone sono previste due tipologie di apparecchi:

| TIPOLOGIA                       | CARATTERISTICHE MINIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELLO TIPO TABLET             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Misura minima tablet 5”;</li><li>• Misurazione completamente automatica;</li><li>• Range temperatura corporea: 35°C – 42°C</li><li>• Misurazione temperatura accuratezza: <math>\pm 0.3^{\circ}\text{C}</math></li><li>• Distanza lettura temperatura: da 0.5 m ad 1m;</li><li>• Tempo di misurazione veloce, in pochi secondi</li><li>• Nessun contatto e nessuna possibilità di contaminazione incrociata;</li><li>• Tipo di allarme: allarme su display, allarme vocale/sonoro, allarme in remoto tramite software;</li><li>• Tipo di evento: temperatura anomala, mancanza mascherina, blacklist, non riconosciuto;</li><li>• Software per la gestione del flusso dei dati delle rilevazioni (lingua italiana, operante in ambiente windows 10);</li><li>• Conformità CE;</li></ul>                                         |
| MODELLO CON DISPLAY TEMPERATURA | <ul style="list-style-type: none"><li>• Display luminoso per lettura temperatura;</li><li>• Misurazione completamente automatica</li><li>• Misurazione temperatura accuratezza: <math>\pm 0.3^{\circ}\text{C}</math></li><li>• Tempo di misurazione veloce, in pochi secondi</li><li>• Nessun contatto e nessuna possibilità di contaminazione incrociata</li><li>• Segnalazione acustica e visiva per temperatura fuori range</li><li>• • Display digitale ad alta visibilità</li><li>• Sistema alert su dispositivo e su postazione pec tramite software</li><li>• Tipo di allarme: allarme visivo, allarme sonoro, allarme in remoto tramite software;</li><li>• Tipo di evento: temperatura anomala;</li><li>• Software per la gestione del flusso dei dati delle rilevazioni (lingua italiana, operante in ambiente windows 10)</li><li>• Conformità CE;</li></ul> |

**L'appalto comprende anche la posa e la manutenzione di due anni.**

**Per posa** si intende installazione a muro o su piedistallo (fornito dall'operatore economico) compresi collegamenti elettrici e di rete, fino a 2 metri dalle prese già esistente. Sono a carico dell'Amministrazione le predisposizioni elettriche e di rete.

**Per manutenzione** si intende una verifica semestrale della taratura corretta degli apparecchi, nonché il pronto intervento entro 6 ore per il ripristino in caso di guasto.

#### 4 DURATA DELL'APPALTO

##### **Il contratto ha una durata biennale.**

Il contratto viene affidato a misura e stipulato per invio di corrispondenza mediante lettera contratto.

I prezzi unitari saranno vincolanti fino alla conclusione del contratto, in quanto non è prevista alcuna revisione dei prezzi.

#### 5. TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA E POSA

La fornitura e posa dovrà essere ultimata entro n. 15 giorni naturali e consecutivi dall'ordine impartito da questa Provincia (tramite posta elettronica certificata).

#### 6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all'art. 45 del Codice, che possiedono i seguenti requisiti:

##### **Requisiti di ordine generale**

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01;

##### **Requisiti di idoneità professionale:**

- di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

##### **Altri Requisiti:**

- iscrizione e qualificazione per la **Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" - Provincia di Brescia sulla piattaforma SINTEL di Aria S.p.A.** (per qualificarsi è necessario, una volta registrati sulla piattaforma Sintel, accedere a "Avvio percorso di qualificazione).

#### 7. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO – COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

L'invio del preventivo deve avvenire **esclusivamente** tramite **Piattaforma Sintel** entro e non oltre il termine indicato nella prima pagina del presente avviso.

Gli operatori economici interessati ad eseguire la fornitura di una sola tipologia o di entrambe dei dispositivi, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire il proprio preventivo, inserendo negli appositi campi i prezzi unitari di uno o di entrambi i dispositivi;

La documentazione amministrativa e il documento prodotto dal sistema, denominato "documento offerta" dovranno essere firmati digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da soggetto delegato.

Eventuali comunicazioni inerenti la procedura ed eventuale documentazione saranno rese disponibili dalla Stazione Appaltante attraverso la funzionalità "**Documentazione di gara**", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti inerenti la procedura dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzionalità "**Comunicazioni procedura**", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

#### 8. PREVENTIVI NON CONSIDERATI

- **Non saranno ammessi preventivi pervenuti oltre la data e l'orario indicati nel presente avviso.**
- **Non verranno presi in considerazione preventivi non presentati tramite Piattaforma Sintel.**
- **Non saranno presi in considerazione i preventivi di importo pari o superiore all'importo dell'appalto di cui all'art. 4;**
- **Non saranno presi in considerazione i preventivi ai quali non sia stato allegato il modello del preventivo compilato e sottoscritto (esclusivamente il modello pubblicato nella sezione "documentazione di gara" della procedura di Sintel).**

## **9. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA**

La Provincia di Brescia intende selezionare uno o due operatori economici, che hanno presentato il miglior preventivo in termini di prezzo proposto per ogni tipologia di dispositivo, da invitare alla successiva formalizzazione dell'offerta sulla piattaforma Sintel.

In tale procedura verrà richiesto di produrre anche la documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti;

È fatta salva la facoltà della Provincia di Brescia di non dar seguito a nessun affidamento, ovvero di procedere anche in presenza di un solo preventivo, purché valutato congruo e conveniente per la Stazione Appaltante.

## **10 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

La fornitura di ogni tipologia di dispositivo sarà affidata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice, all'operatore economico che avrà presentato, nell'ambito dell'indagine di mercato, il preventivo migliore del singolo dispositivo.

## **11. TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno oggetto di trattamento, da parte della Provincia di Brescia (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.

Ai sensi del citato Regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si informa che:

- la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono all'eventuale affidamento della fornitura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che l'operatore economico che intende partecipare deve rendere la documentazione e i dati richiesti dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative;
- la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dall'indagine di mercato nonché dall'eventuale procedura di affidamento.
- 

## **12. PUBBLICAZIONE AVVISO**

Il presente avviso viene pubblicato per n. 3 giorni naturali e consecutivi sul sito internet istituzionale della Provincia di Brescia nella Sezione Bandi e Contratti.

Brescia, lì 18/05/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il dott. CARLO CAROMANI

### ***Allegato:***

- *elenco sedi provinciali con tipologia dispositivo previsto*