

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 02.12.2015 REV. 1
---------------------	---	--

CATEGORIA:

- CONSUMI MATERIALE SANITARIO

CLASSE:

- PICCOLA STRUMENTAZIONE

SOTTOCLASSE:

- MATERIALE PLASTICO

CATEGORIA 01	CLASSE 09	SOTTOCLASSE 0003	CODICE ARTICOLO 66336
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

PIASTRA 6 POZZETTI FONDO P STERILE

Descrizione estesa dell'articolo: ///
--

UNITA' DI MISURA = PEZZO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: in polistirene o altra tipologia idonea per le colture cellulari sia adese che in sospensione. Plastica trasparente e tale da consentire una corretta e immediata visualizzazione del campione al microscopio ottico.

Misure: standard; approssimativamente 187x82 mm adattabili ai tavolini portaoggetto dei microscopi in uso.

Identificazione : contrassegno alfanumerico al margine dei pozzetti(1, 2, 3.....). Identificazione orientamento tramite angolo smussato (caratteristica non indispensabile).

Confezionamento: singole o multiple, con coperchio e incluse in un involucro di plastica.

Trattamento: sterilizzazione per irradiazione o altro metodo in grado di assicurare la sterilita' senza alcuna alterazione della trasparenza e dell'assenza di tossicita' del materiale.

Altro: ///

RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA PARI A 5 PZ

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Certificato d'analisi relativo ad ogni lotto fornito.

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

1	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Ferrari
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA