

I.Z.S.L.E.R.	SACCO AUTOCLAVE	STA 66324 REV 0 Data emissione 27/11/2019 Pag. 1 di 1
---------------------	------------------------	--

C. Berneri	N. Vicari	M. Pignoli	M. Marino	Aggiornamento T° sterilizzazione
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	09	0003	66324

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****SACCO AUTOCLAVE****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**Sacco per sterilizzazione **materiale patogeno****a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA**

PZ = PEZZO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: plastico
- Resistenza alla sterilizzazione: in autoclave a 134° C
- Dimensioni: approssimative e non inferiori a 600mmxh700mm
- Confezione: pacchi da 100 sacchi massimo
- Caratteristiche di sicurezza: doppia saldatura del fondo
- Altro: si richiede che ogni singolo sacco riporti il simbolo di rischio biologico

**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** ☐ NO ☒ SI (specificare sotto)

- Scheda tecnica del prodotto offerto
- Certificato d'analisi di ogni lotto fornito

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☐ NO ☒ SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 20 pz per prodotti mai testati o acquistati in precedenza

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

//