

I.Z.S.L.E.R.	PIPETTA PLASTICA GRADUATA STERILE 25 ml	STA 66316 REV 0 Data emissione 23/04/2020 Pag. 1 di 2
--------------	---	---

E. Sozzi	L. Capucci	M. Pignoli	M. Marino	Messa a sistema della scheda tecnica 66316 Rev 3 del 22/08/2016
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	09	0003	66316

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

PIPETTA PLASTICA GRADUATA STERILE 25 ml

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

//

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PEZZO = PZ

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: polistirene o altro materiale idoneo trasparente, biologicamente inerte, DNase/RNase free
- Punta: punta standard per applicazioni generali e colture cellulari
- Capacità: 25 mL \pm 3%
- Graduazione: inchiostro indelebile ed ultra fine. Codice colore ISO n.1769. Con striscia di ingrandimento per ridurre gli errori di lettura
- Graduazione negativa: minimo 5 mL
- Divisione: 1/4 o 1/5
- Tampone sicurezza: in cotone o in acetato di cellulosa tale da eliminare il rischio di contaminazione per l'operatore
- Sterilizzazione: irradiazione con raggi gamma
- Confezione: pipetta confezionata singolarmente con strappo apertura facilitato. In pacchi da 50 pezzi max
- Altro: si richiede indicazione, sull'esterno di ogni imballo, del numero di lotto e della validità della sterilità.
- **Il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE**

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ☐ NO ☒ SI (specificare sotto)

Scheda tecnica del prodotto offerto
Certificato d'analisi di ogni lotto fornito

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☐ NO ☒ SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 100 pz in caso di prodotti mai acquistati

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

In caso di campionatura verranno eseguite delle prove di pipettaggio di diversi volumi di liquidi

I.Z.S.L.E.R.	PIPETTA PLASTICA GRADUATA STERILE 25 ml	STA 66316 REV 0 Data emissione 23/04/2020 Pag. 2 di 2
---------------------	--	--

normalmente utilizzati in laboratorio per verifica di precisione (media di 10 misurazioni per tipologia di liquido) con tolleranza 2%. Prove di subcoltura di linee cellulari.