

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.03.2018 REV. 4
---------------------	---	---

CATEGORIA:

CLASSE:

SOTTOCLASSE:

- Consumo materiale sanitario
- Piccola strumentazione
- Materiale plastico

CATEGORIA 01	CLASSE 09	SOTTOCLASSE 0003	CODICE ARTICOLO 66402
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

MICROCAMERA 8 POZZETTI STERILE

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

Descrizione estesa dell'articolo: Microcamera composta da robusto vetrino portaoggetti con castello superiore a tenuta che delimita 8 microcamere; sterile, per colture cellulari.

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Componenti: trattati per colture cellulari

Volume di lavoro: 0,3-0,45ml

Area di coltura: 0,8cm²

Sterilizzazione: radiazioni gamma

Condizioni di stoccaggio: temperatura ambiente
luce ambiente
umidità ambiente

Altro: si richiede indicazione, sull'esterno di ogni imballo della validità della sterilità

Richiesta campionatura: ☒ Sì, richiesta n° 8 ☐ NO

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA: Certificato d'analisi di ogni lotto fornito

ALTRO:/.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Controllo della perfetta planarità della superficie del vetrino dopo il distacco del castello con le microcamere (assenza di residui di collante sul vetrino dopo il distacco del castello)

Controllo della robustezza del vetrino durante la fase del distacco del castello

4	Inserimento documentazione richiesta	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. R. Villa
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA