

I.Z.S.L.E.R.	CONTENITORE ERMETICO PER ISTOLOGIA 250ML	STA 66464 REV 0 Data emissione 08.09.2021 Pag. 1 di 1
---------------------	---	--

M. Datteri	L. Gibelli	M. Pignoli	M. Marino	Messa a sistema della scheda tecnica 66464 Rev 1 del 01/12/2015
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	09	0003	66464

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****CONTENITORE ERMETICO PER ISTOLOGIA 250ML****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

contenitore ermetico con coperchio a pressione ed imboccatura larga per la conservazione e il trasporto dei campioni istologici in formalina tamponata capacità 250 ml

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PZ = pezzo

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- MATERIALE: polipropilene
- CAPACITA': 250 ml e imboccatura larga, corrispondente al diametro del contenitore, per facilitare l'estrazione dei campioni fissati
- COPERCHIO: a pressione con chiusura ermetica
- Provvisto di etichetta serigrafata, come previsto dalle direttive CE vigenti al momento dell'acquisto, che disciplinano la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ☐ NO ☒ SI (specificare sotto)**

Scheda tecnica del prodotto offerto
Dichiarazione di conformità secondo norme CE vigenti

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☐ NO ☒ SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 10 PZ in caso di prodotti mai testati e/o acquistati

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B)