

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 26.05.2016 REV. 4
---------------------	---	---

CATEGORIA:

CLASSE:

SOTTOCLASSE:

- Consumo materiale sanitario
- Indicatori controllo sterilità
- Indicatori chimici di viraggio

CATEGORIA 01	CLASSE 03	SOTTOCLASSE 0001	CODICE ARTICOLO 64511
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

NASTRO INDICATORE STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE

Descrizione estesa dell'articolo: nastro indicatore di sterilizzazione a vapore sensibile ai parametri tempo-temperatura-vapore saturo

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: nastro adesivo con indicatore chimico di viraggio
carta crespata, con elevato carico di rottura e allungamento, che consenta adattamento del nastro anche su superfici irregolari

Adesivo: resistente al calore e all'umidità
aderente, anche a fine ciclo, su metallo, tessuto, vetro plastica
distacco senza rilascio di residui

Viraggio: dal bianco al bruno a 121°C dopo 16 minuti, a 126°C dopo 10 minuti, a 134°C dopo 3 minuti

Lunghezza: 50 m ± 5 m

Larghezza: 19 mm minimo

Confezione: 12 nastri massimo

Altro: **RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA**

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA: Certificato d'analisi di ogni lotto fornito

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

4	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. C. Berneri
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA