

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 01.06.2016 REV. 3
---------------------	---	---

CATEGORIA:

- Consumo materiale sanitario

CLASSE:

- Piccola strumentazione

SOTTOCLASSE:

- Altre piccole strumentazioni

CATEGORIA 01	CLASSE 09	SOTTOCLASSE 0005	CODICE ARTICOLO 66033
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

TAPPO METALLO PROVETTA 16mm

Descrizione estesa dell'articolo: ///
--

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: alluminio anodizzato sterilizzabile in autoclave

Molla interna: radiale

Altezza: $31,1 \pm 0,2$ mm

Confezione: massimo da 100 pezzi

Altro: adattabile alla chiusura sterile di provette da batteriologia di diametro esterno 16mm

Riserva di campionatura successiva pari a 10 pezzi

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Nessuna

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

3	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. C. Berneri
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA