

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| <b>I.Z.S.L.E.R.</b> | <b>SCHEDA<br/>CARATTERISTICHE<br/>RICHIESTE</b> | <b>DATA<br/>DI EMISSIONE: 31.05.2016<br/>REV. 2</b> |
|---------------------|---|---|

**CATEGORIA:**

- Consumo materiale sanitario

**CLASSE:**

- Altro materiale

**SOTTOCLASSE:**

- Materiale gomma-silicone-lattice-simili

|                 |              |                     |                          |
|-----------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| CATEGORIA<br>01 | CLASSE<br>14 | SOTTOCLASSE<br>0004 | CODICE ARTICOLO<br>65781 |
|-----------------|--------------|---------------------|--------------------------|

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**TAPPO FLACONE NORMALE GRIGIO 29MM**

|  |
|--|
| <b>Descrizione estesa dell'articolo:</b> /// |
|--|

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Materiale: gomma butile, autoclavabile a 121 °C per 15 minuti

Altro: adattabile alla ghiera con capsule in alluminio standard da 29mm

**RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA**

**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Nessuna

Altro: ///

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**

Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

|         |   |                  |                |                |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|
| 2       | Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software | Dr.ssa M. Marino | Dr. C. Berneri | Dr. C. Berneri |
| REV. N. | MOTIVO  | APPROVAZIONE     | VERIFICA       | STESURA        |