

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	<b>DATA DI EMISSIONE: 02.12.2015 REV. 2</b>
---------------------	---	---

**CATEGORIA:**

- CONSUMI MATERIALE SANITARIO

**CLASSE:**

- PICCOLA STRUMENTAZIONE

**SOTTOCLASSE:**

- MATERIALE PLASTICO

CATEGORIA 01	CLASSE 09	SOTTOCLASSE 0003	CODICE ARTICOLO 66341
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**PIASTRA 96 POZZETTI FONDO U FDC**

**Descrizione estesa dell'articolo:** Piastra a 96 pozzetti, con fondo a U, per uso sierologico. Adatte per l'esecuzione di tecniche di fissazione del complemento.

UNITA' DI MISURA = PEZZO

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Materiale: polistirene o altro materiale idoneo;  
perfettamente trasparente.

Misure: standard, approssimativamente 128 x 85 mm, adattabili ai più comuni sostegni sagomati presenti sulle apparecchiature in uso (microscopi, centrifughe, lettori, transilluminatori, sistemi di lavaggio etc.);  
Impilabili.

Identificazione: identificazione alfanumerica delle colonne (1÷12) e delle righe (A÷H);  
identificazione orientamento piastrina tramite angolo (i) smussato (i) [facoltativo].

Confezionamento: pile confezionate singolarmente max 10 piastre, confezione max 50 pz.

Altro: ///

RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA PARI A 30 PZ

**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

**Certificato d'analisi** relativo ad ogni lotto fornito.

Altro: ///

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**

Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

2	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. S. Giovannini
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA