

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 30/11/2015 REV. 2
---------------------	---	---

CATEGORIA:

- CONSUMI MATERIALE SANITARIO

CLASSE:

- PICCOLA STRUMENTAZIONE

SOTTOCLASSE:

- MATERIALE PLASTICO

CATEGORIA 01	CLASSE 09	SOTTOCLASSE 0003	CODICE ARTICOLO 66309
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

PIASTRA PETRI DIALISI 90mm

Descrizione estesa dell'articolo: piastra petri con membrana dializzante per la differenziazione di sostanze inibenti specifiche ed aspecifiche in alimenti di origine animale

UNITA' DI MISURA = PEZZO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polistirolo, antigraffio atossico, superfici perfettamente trasparenti e piane

Diametro fondo: 90 mm \pm 1

Confezione: piastre confezionate singolarmente in scatola da 10 pezzi massimo

Altro: indicazione, sull'esterno di ogni imballo, della validita' della sterilita'

RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA PARI A 20 PZ

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

CERTIFICATO D'ANALISI RELATIVO AD OGNI LOTTO FORNITO, ATTESTANTE IL TRATTAMENTO STERILIZZANTE.

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

ed al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

2	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. L. Alborali
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA