

I.Z.S.L.E.R.	<b>PIASTRA A CONTATTO STERILE - 55MM - FONDO CENTIMETRATO</b>	<b>STA 66429 REV 0 Data emissione 10/08/2021 Pag. 1 di 1</b>
--------------	---	--

G. Ughini	S. Giovannini	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
<b>STESURA</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>CONVALIDA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>MOTIVO REVISIONE</b>

<b>CATEGORIA</b>	<b>CLASSE</b>	<b>SOTTOCLASSE</b>	<b>CODICE ARTICOLO</b>
01	09	003	66429

**A) DESCRIZIONE GENERALE****a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****PIASTRA A CONTATTO STERILE - 55MM - FONDO CENTIMETRATO****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Piastra sterile 55mm ventilata con fondo centimetrato per l'esecuzione del controllo microbiologico delle superfici per contatto.

**a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA**

Pezzo= PZ

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Materiale: Polistirolo ad alta trasparenza ottica
- Piastra: Tonda, ventilata, sterile
- Diametro interno: 57mm  $\pm$  2mm (spazio da riempire con terreno nutritivo – Superficie minima cm<sup>2</sup> 23,7)
- Altezza interna: della parete di contenimento del terreno nutritivo: 4 mm circa
- Coperchio: piatto o bombato, di altezza sufficiente da permettere un menisco del terreno non inferiore ad 1 mm con relativa presenza di spazio libero tra menisco e coperchio
- Fondo: griglia centimetrata con numerazione alfa numerica
- Confezionamento: massimo 20 piastre sterili per confezione
- Altro: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** ☐ NO ☒ SI (specificare sotto)

- Certificato d'analisi relativo ad ogni lotto fornito riportante le caratteristiche previste al punto B)
- Scheda tecnica del prodotto offerto

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA** ☒ NO ☐ SI (specificare sotto quantità)

//

**D) CONTROLLI****d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

//