

| | | |
|---------------------|---|--|
| I.Z.S.L.E.R. | SACCHETTO STOMACHER FILTER STERILE 19X30cm | STA 66326 REV 0 Data emissione 06.09.2021 Pag. 1 di 1 |
|---------------------|---|--|

| | | | | |
|----------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| E. Sangiorgi | G. Finazzi | M. Pignoli | M. Marino | Messa a sistema della scheda tecnica 66326 Rev 2 del 24.08.2016 |
| STESURA | VERIFICA | CONVALIDA | APPROVAZIONE | MOTIVO REVISIONE |

| | | | |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| CATEGORIA | CLASSE | SOTTOCLASSE | CODICE ARTICOLO |
| 01 | 09 | 003 | 66326 |

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****SACCHETTO STOMACHER FILTER STERILE 19X30cm****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

//

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PZ = Pezzo

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polietilene trasparente ad alta resistenza

Dimensioni: 19x30cm minimo

Filtro: interno

Sterilità: si richiede indicazione, sull'esterno di ogni imballo, della validità della sterilità

Confezione: 500 pz massimo

Altro: il sacchetto non deve rilasciare cloruri, nitriti, nitrati, fosfati

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** ☐ NO ☒ SI (specificare sotto)

- Scheda tecnica del prodotto offerto
- Certificato d'analisi di ogni lotto fornito

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☐ NO ☒ SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 1000 pz in caso di prodotti mai testati e/o acquistati

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Verifica del rilascio di cloruri, nitriti, nitrati, fosfati mediante cromatografia ionica con i metodi in uso nel laboratorio