

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>CONTENITORE ERMETICO PER ISTOLOGIA 1000ML</b>	<b>STA 66463 REV 0 Data emissione 08.09.2021 Pag. 1 di 1</b>
---------------------	--	--

M. Datteri	L. Gibelli	M. Pignoli	M. Marino	Messa a sistema della scheda tecnica 66463 Rev 1 del 01/12/2015
<b>STESURA</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>CONVALIDA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>MOTIVO REVISIONE</b>

<b>CATEGORIA</b>	<b>CLASSE</b>	<b>SOTTOCLASSE</b>	<b>CODICE ARTICOLO</b>
01	09	0003	66463

**A) DESCRIZIONE GENERALE****a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****CONTENITORE ERMETICO PER ISTOLOGIA 1000ML****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

contenitore ermetico con coperchio a pressione ed imboccatura larga per la conservazione e il trasporto dei campioni istologici in formalina tamponata capacità 1000 ml

**a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA**

PZ = pezzo

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- MATERIALE: polipropilene
- CAPACITA': 1000 ml e imboccatura larga, corrispondente al diametro del contenitore, per facilitare l'estrazione dei campioni fissati
- COPERCHIO: a pressione con chiusura ermetica
- Provvisto di etichetta serigrafata, come previsto dalle direttive CE vigenti al momento dell'acquisto, che disciplinano la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi

**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** ☐ NO ☒ SI (specificare sotto)

Scheda tecnica del prodotto offerto

Dichiarazione di conformità secondo norme CE vigenti

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA** ☐ NO ☒ SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 10 PZ in caso di prodotti mai testati e/o acquistati

**D) CONTROLLI****d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

Verifica di quanto previsto al punto B)