

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>BACCHETTA POLISTIROLO STERILE 150X42MM</b>	<b>STA 67794 REV. 0 Data emissione 28/06/2021 Pag. 1 di 2</b>
---------------------	---	---

M. D'Incau	R. Taddei	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
<b>STESURA</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>CONVALIDA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>MOTIVO REVISIONE</b>

<b>CATEGORIA</b>	<b>CLASSE</b>	<b>SOTTOCLASSE</b>	<b>CODICE ARTICOLO</b>
01	09	0005	67794

## A) DESCRIZIONE GENERALE

### a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

#### **BACCHETTA POLISTIROLO STERILE 150X42MM**

### a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Bacchetta ad L in polistirolo sterile per microbiologia

### a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PZ = Pezzo

## B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polistirolo, sterile

Forma: cilindrica con estremità arrotondate; superficie liscia che non danneggi il terreno durante lo spargimento del campione, angolo retto o poco maggiore di 90° (massimo 100°)


Dimensione lati: 150 mm  $\pm$  3 mm x 42 mm  $\pm$  5 mm

Spessore lati: 5 mm  $\pm$  0,3 mm

Confezione: singola per ciascun pezzo

Imballo: massimo 1000 pezzi

Scadenza: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua *shelf life*; la data di scadenza va indicata su ogni confezione



<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>BACCHETTA POLISTIROLO STERILE 150X42MM</b>	<b>STA 67794 REV. 0 Data emissione 28/06/2021 Pag. 2 di 2</b>
---------------------	---	---

**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**

**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** ☐ NO ☒ SÌ (*specificare sotto*)

- Scheda tecnica del Fornitore
- Certificato d'analisi (comprovante la sterilità) per ogni lotto fornito

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA** ☐ NO ☒ SÌ (*specificare sotto quantità*)

Riserva di campionatura successiva pari a 10 pz in caso di prodotti mai testati e/o acquistati

**D) CONTROLLI**

**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

Test di laboratorio sulla campionatura richiesta