

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	<b>DATA DI EMISSIONE: REV. 0</b>
---------------------	---	--

**CATEGORIA:**

- Consumo materiale sanitario

**CLASSE:**

- Piccola strumentazione

**SOTTOCLASSE:**

- Materiale plastico

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO 66486
-----------	--------	-------------	--------------------------

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**SCREW TUBE E CAPS 2mL omogen. ARTROPOD**

**Descrizione estesa dell'articolo:** Povetta in polipropilene da 2mL con tappo a vite e o-ring, adatta all'uso con omogenizzatore Precellys 24 Bertin Corp. – sterile - RNAsi DNAsi free

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

**NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE**

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- in polipropilene
- sterile
- RNAsi DNAsi free
- lunghezza totale minima 46 mm - massima 48 mm
- Fondo conico con o senza bordo
- **Adatta all'uso con Precellys 24 – Bertin Corp.**
- in conf da max. 500 pezzi. Consentite confezioni con quantità superiori purché le provette siano comunque contenute in sacchetti sigillati in quantità non superiore ai 500 pezzi per sacchetto.
- Le provette devono essere confezionate chiuse, con tappo assemblato

Altro: **RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA PARI A 20 PZ**

**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Certificazione assenza RNase e DNase

Altro:

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**

Verifica di quanto previsto al punto **B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Verifica di quanto previsto al punto **C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

				Dr. ssa S. Faccini
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA