

I.Z.S.L.E.R.	FLASK STERILE 175CM2 SENZA FILTRO	STA 66305 REV 0 Data emissione 12/08/2021 Pag. 1 di 1
---------------------	--	--

A. Mor	G. Pezzoni	M. Pignoli	M. Marino	Messa a sistema scheda tecnica cod. 66305 rev. 4 del 22/08/2016 ed aggiornamento caratteristiche tecniche
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	09	0003	66305

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****FLASK STERILE 175CM2 SENZA FILTRO****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

//

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PEZZO = PZ

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	polistirene, biologicamente inerte
Capacità:	800 ml \pm 10%
Volume di lavoro:	fino a 100 mL
Superficie di crescita:	175 cm ² \pm 10%
Collo:	inclinato o dritto ma tale che il liquido non possa entrare nel tappo
Tappo:	a vite (chiusura ermetica)
Graduazione:	in ml, esterna sul lato
Sterilizzazione:	raggi gamma si richiede indicazione, sull'esterno di ogni imballo, della validità della sterilità
Confezione:	massimo 50 pezzi
Altro:	impilabilità verticale delle flasks

UNICO LOTTO CON COD. 66308**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**☐ NO☒ SI (specificare sotto)

- Scheda tecnica del prodotto offerto
- Certificato d'analisi di ogni lotto fornito

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA☐ NO☒ SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a minimo 30 pezzi in caso di prodotti mai acquistati

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Prove di crescita di colture cellulari continue o primarie in adesione.