

I.Z.S.L.E.R.	PIASTRA 96 POZZETTI 0.1 ml PER REAL-TIME PCR compatibile con CFX-96 BIORAD	STA 64046 REV. 2 Data emissione 24/05/2021 Pag. 1 di 1
---------------------	---	---

M. Boifava	B. Boniotti	M. Pignoli	M. Marino	Aggiunto modello strumento in uso
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	06	0003	64046

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

**PIASTRA 96 POZZETTI 0.1 ml PER REAL-TIME PCR
compatibile con CFX-96 BIORAD**

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Piastra 96 pozzetti, volume 0.1 ml da utilizzare in protocolli di real-time PCR e compatibile con strumenti CFX-96 BIORAD

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PEZZO = pz

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume utile 0,1 ml
- Fondo conico
- Piastra con profilo basso (low profile)
- Ottimizzata per applicazioni con fluorescenza
- Compatibile con gli strumenti presenti nei laboratori richiedenti (mod. CFX-96 BIO-RAD)
- Confezionamento: massimo 200 pezzi

UNICO LOTTO CON cod. 64077 (strip da 8 tappi Flat Optical Caps per real-time PCR)

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ☐ NO ☒ SÌ (specificare sotto)

- Scheda tecnica del Fornitore
- Dichiarazione assenza di DNA e RNA

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☐ NO ☒ SÌ (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 5 pz in caso di prodotti mai testati e/o acquistati

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Verifica dell'effettiva compatibilità della forma e dell'ingombro della piastra nell'alloggiamento dello strumento mod. CFX-96 BIO-RAD e in relazione alla sua corretta chiusura.
Verifica dei valori di Ct di controlli positivi standard.