

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>PIASTRA 96 POZZETTI 0.1 ml PER REAL-TIME PCR (TAGLIABILE) compatibile con CFX-96 BIORAD</b>	<b>STA 64048 REV. 2 Data emissione 24/05/2021 Pag. 1 di 2</b>
---------------------	--	---

<b>M. Boifava</b>	<b>B. Boniotti</b>	<b>M. Pignoli</b>	<b>M. Marino</b>	Aggiunto modello strumento in uso
<b>STESURA</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>CONVALIDA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>MOTIVO REVISIONE</b>

<b>CATEGORIA</b>	<b>CLASSE</b>	<b>SOTTOCLASSE</b>	<b>CODICE ARTICOLO</b>
01	06	0003	64048

## A) DESCRIZIONE GENERALE

### a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

**PIASTRA 96 POZZETTI 0.1 ml PER REAL-TIME PCR (TAGLIABILE)  
compatibile con CFX-96 BIORAD**

### a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Piastra 96 pozzetti, volume 0.1 ml da utilizzare in protocolli di real-time PCR e compatibile con strumenti CFX-96 BIORAD

### a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PEZZO = pz

## B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume utile 0,1 ml
- Fondo conico
- Piastra senza gonna (unskirted) e con profilo basso (low profile)
- Tagliabili in file da 8 o 12 pozzetti
- Plastica bianca
- Ottimizzata per applicazioni con fluorescenza
- Compatibile con gli strumenti mod. CFX-96 BIO-RAD
- Confezionamento: massimo 200 pezzi

**UNICO LOTTO CON cod. 64077** (strip da 8 tappi Flat Optical Caps per real-time PCR)

## C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

### c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ☐ NO ☒ SÌ (specificare sotto)

- Scheda tecnica del Fornitore
- Dichiarazione assenza di DNA e RNA

### c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☐ NO ☒ SÌ (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 5 pz in caso di prodotti mai testati e/o acquistati

## D) CONTROLLI

### d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente.

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>PIASTRA 96 POZZETTI 0.1 ml PER REAL-TIME PCR (TAGLIABILE) compatibile con CFX-96 BIORAD</b>	<b>STA 64048 REV. 2 Data emissione 24/05/2021 Pag. 2 di 2</b>
---------------------	--	---

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

Verifica dell'effettiva compatibilità della forma e dell'ingombro della piastra nell'alloggiamento dello strumento mod. CFX-96 BIO-RAD e in relazione alla sua corretta chiusura.

Verifica dei valori di Ct di controlli positivi standard.