

I.Z.S.L.E.R.	COPERCHIO X TESTATA PIASTRA "DEEP WELL" KINGFISHER	STA 64041 REV 1 Data emissione XX XXX. XXXX Pag. 1 di 1
---------------------	---	--

M.B. Boniotti	S. Faccini			Nuova PG 110
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
CONSUMI MATERIALE SANITARIO (1)	MATERIALE BIOLOGIA MOLECOLARE (6)	MATERIALE PLASTICO BIOLOGIA MOLECOLARE (3)	64041

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

COPERCHIO X TESTATA PIASTRA "DEEP WELL "KINGFISHER"

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Coperchio per testata da 96 magneti da utilizzare con piastre deep well con lo strumento Kingfisher Flex, Apex o equivalenti

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

Pezzo = PZ = 1 COPERCHIO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Coperchio per testata da 96 magneti
- Ottimizzato per applicazioni con particelle magnetiche
- Compatibile con strumento Kingfisher, Apex o strumenti equivalenti
- RNAasi/DNasi free

UNICO LOTTO CON ARTICOLI: 64042 e 64044

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ☐ NO ☒ SI (specificare sotto)

Scheda tecnica comprovante le caratteristiche tecniche dichiarate al punto B

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☐ NO ☒ SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 10 pezzi. in caso di prodotti mai testati e/o acquistati

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

- Verifica di quanto previsto al punto **B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Il materiale fornito verrà utilizzato per verificare la compatibilità sullo strumento Kingfisher Flex, Apex o strumenti equivalenti presenti nei laboratori richiedenti