

I.Z.S.L.E.R.	PIASTRA 48 POZZETTI 0.2 ML PER PCR	STA 64051 REV 1 Data emissione XX XXX. XXXX Pag. 1 di 1
--------------	------------------------------------	---

M. Beatrice Boniotti	P. Bonilauri			
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
			64051

**A) DESCRIZIONE GENERALE****a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO**

PIASTRA 48 POZZETTI 0.2 ML PER PCR

**a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Piastra 48 pozzetti, volume 0.2 ml da utilizzare in protocolli PCR

**a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA**

pezzi

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Volume utile 0.2 ml
- Fondo conico
- Parete sottile per reazioni PCR
- Compatibile con gli strumenti presenti nei laboratori richiedenti
- Unico lotto con articolo strip da 8 tappi per PCR

**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** ☐ NO ☒ SI (specificare sotto)

Dichiarazione assenza di DNA e RNA

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA** ☐ NO ☒ SI (specificare sotto quantità)

5 pezzi

**D) CONTROLLI****d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo delle specifiche tecniche e della documentazione richiesta

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

Verifica compatibilità con gli strumenti presenti nei laboratori richiedenti