

I.Z.S.L.E.R.	PELLICOLA ADESIVA PIASTRE 96 POZZ. – REAL-TIME PCR	STA 64032 REV 1 Data emissione 28/02/2020 Pag. 1 di 1
--------------	---	--

M.Boifava	B. Boniottii	M. Pignoli	M. Marino	Elenco dei controlli di qualità eseguiti per idoneità
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	06	0003	64032

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO**

**PELLICOLA ADESIVA PIASTRE 96 POZZ. –
REAL-TIME PCR**

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Pellicola adesiva ottica da utilizzare per sigillare piastre da 96 pozzetti in protocolli di real-time

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PEZZO = pz

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pellicola ottica ottimizzata per applicazioni con fluorescenza
- Compatibile con piastre 96 pozzetti
- Compatibile con gli strumenti presenti nei laboratori richiedenti
- Confezionamento: max 200 pz

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** ☐ NO ☒ **SI** (specificare sotto)

- Scheda tecnica del Fornitore
- Dichiarazione assenza di DNA e RNA

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☐ NO ☒ **SI** (specificare sotto quantità)

5 PZ

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Verifica di aderenza della pellicola alla piastra 96 pozzetti in uso
Verifica di assenza di evaporazione dopo corsa di amplificazione standard
Verifica dei valori di Ct di controlli positivi standard